

陆丰市人民医院血透室医疗设备采购项目

市场调查需求

陆丰市人民医院

2024年12月

一、技术参数及性能指标

(一) 需求清单

序号	名称	单位	数量
1	血液透析机	台	20
2	血液透析滤过机	台	2

(二) 技术要求

血液透析机（单泵）

- 1、具有血液透析、单纯超滤、超纯透析功能；
- 2、全中文操作系统，12英寸以上液晶显示屏；
- 3、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量；
- 4、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗；
- 5、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确；
- 6、可安装内毒素滤器，且内毒素滤器可通用替代。
- 7、内置后备电源，停电后可维持血液回路工作30分钟以上。
8. 所有耗材均为市场通用型耗材，无专机专用耗材
- 9、全自动消毒脱钙，可使用多种消毒液和酸洗液，具备热消毒功能。

血液透析滤过机（双泵）

- 1、具有血液透析、单纯超滤、超纯透析、在线血液滤过、在线血液透析滤过功能；
- 2、全中文操作系统，12英寸以上液晶显示；
- 3、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量；

- 4、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗；
- 5、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确；
- 6、具有双级内毒素过滤功能（HDF-online）且内毒素滤器可通用替代。
- 7、内置后备电源，停电后可维持血液回路工作30分钟以上。
- 8、所有耗材均为市场通用型耗材，无专机专用耗材
- 9、全自动消毒脱钙，可使用多种消毒液和酸洗液，具备热消毒功能。

陆丰市人民医院血透室医疗设备采购项目
市场询价表

询价单位：陆丰市人民医院

序号	名称	单位	数量	单价	总价
1	血液透析机	台	20		
2	血液透析滤过机	台	2		
总计					

被询价单位(章)：

报价人：

年 月 日